



РОССТАНДАРТ

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт расходомерии»

Государственный научный метрологический центр

ФГУП «ВНИИР»

Россия, Республика Татарстан, 420088, г. Казань, ул. 2-ая Азинская, д. 7 «а»

тел. (843) 272-70-62, факс (843) 272-00-32,

сайт: www.vniir.org e-mail: office@vniir.org

ОКПО 02567981, ОГРН 1021603623150, ИНН/КПП 1660007420/166001001

Исх. № 100/13

от « 25 » сентября 2014 г.

**Директору ООО «КТМ-Сервис»
Ишугину А.В.**

443052, г. Самара, ул. Земеца, 26 Б, комната 112

Уважаемый Алексей Владимирович!

Настоящим сообщаем, что Государственный центр испытаний средств измерений Всероссийский научно-исследовательский институт расходомерии (ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИР») Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии провел испытания для целей утверждения типа ультразвукового расходомера газа КТМ100 РУС производства компании ООО «КТМ-Сервис» (Россия). Результаты испытаний признаются положительными.

В результате испытаний расходомера газа КТМ100 РУС в исполнении с двумя измерительными лучами, были установлены следующие значения относительных погрешностей измерения объемного расхода:

- для расходомеров, прошедших имитационную поверку (поверку без использования поверочной установки): 1,5 %;
- для расходомеров, прошедших поверку на поверочной установке: 1%.

Для всех исполнений расходомеров КТМ100 РУС установленный межповерочный интервал составляет: 4 года.

В настоящее время все работы по оформлению материалов испытаний завершены, утверждены заказчиком и направлены в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

**С уважением,
начальник НИО-13**

Горчев А.И.

Исп. инженер НИО-13 Моисеева О.А.

Тел. 843 272-11-24

E-mail: vniir@list.ru

